

Tester serie 1

con elettrodo fisso non sostituibile

Caratteristiche principali

- Ampio display LCD
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione
- Indicatore di misura stabile
- Compensazione automatica della temperatura
- 1...2 punti di calibrazione
- Scala della conducibilità (COND1): 0,01 μ S...199,9 mS
- Funzione COND e TDS (COND1)
- 2 x 1,5 V batteries AAA per lunga durata.
compatibile con le batterie ricaricabili

pH 1 pH

- Scala pH: 0...14 pH, risoluzione 0.1 pH
- 1...2 punti di calibrazione, 3 tamponi USA in memoria

COND1 Cond/TDS

- Scala COND: 0,01 μ S... 199,9mS
- Scala TDS: 0,01ppm...199,9 ppt
- 1...2 punti di calibrazione, 2 standard di conducibilità memorizzati
- Temperatura di riferimento 25°C




Tester pH 1




Tester COND 1

| | pH 1 | COND 1 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| pH range di misura | 0...14 | — |
| Risoluzione | 0,1 | — |
| Accuratezza | ± 0,1 | — |
| Punti di calibrazione | 1...2 | — |
| Tamponi riconosciuti | 3 buffers USA | — |
| Indicazione tamponi usati per la calibrazone | Si | — |
| Indicazione stabilità della misura | Si | Si |
| Allarme stato elettrodo | Si | Si |
| COND range di misura | — | 0,01 μ S... 199,9 mS |
| Risoluzione | — | Scala automatica |
| Accuratezza | — | ± 2% fondo scala |
| Punti di calibrazione COND | — | 1...2 |
| Standard riconosciuti | — | 1413 μ S / 12.88 mS |
| Indicazione standard usati per la calibrazione | — | Si |
| TR Temperatura di riferimento | — | 25 °C |
| TDS range di misura | — | 0,01 ppm...199,9 ppt |
| Fattore TDS | — | 0.40...1.00 |
| Autospegnimento | dopo 8 minuti | dopo 8 minuti |
| Display | LCD | LCD |
| Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 |
| Alimentazione | 2 x 1,5V batterie AAA | 2 x 1,5V batterie AAA |
| Durata batterie | > 300 ore | > 300 ore |
| Garanzia | 6 mesi | 6 mesi |
| Dimensioni (Ø x L) mm | 40 x 200 | 40 x 200 |
| Peso | 105 g | 105 g |



Display pH 1



Display COND 1



Tester kit in Ecopack

Come ordinare

| | |
|----------|--|
| 50014013 | pH 1 tester KIT, include: strumento, soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di conservazione, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batterie, valigetta in cartone. |
| 50014163 | COND 1 tester KIT, include: strumento, soluzioni tampone 1413 μ S e 12.88 mS in bustina da 25 ml, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5V AAA batterie, valigetta in cartone. |
| 50014003 | pH 1 tester Ecopack, include: strumento, cappuccio per la calibrazione, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5 V AAA batterie. |
| 50014153 | COND 1 tester Ecopack, include: strumento, cappuccio per la calibrazione, cordino da collo, fazzoletti, 2 x 1,5 V AAA batterie. |